

Broj:02-237-9/21

Datum, 24.05.2021.godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st.(1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) Pravilnika o javnim nabavkama JZU UKC Tuzla broj 01-8-4-1/15 od 02.07.2015.godine, u skladu sa članom 45. stav (1) Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), na osnovu preporuke Komisije za provođenje javne nabavke-Ultrazvučnog aparata sa malom sondom, Direktor donosi

ODLUKU

o izboru ponuđača javne nabavke
Ultrazvučnog aparata sa malom sondom

Član 1.

Prihvata se Preporuka broj:02-237-8/21 od 18.05.2021.godine, koju je dostavila Komisija za provođenje postupka javne nabavke jednog Ultrazvučnog aparata sa malom sondom, da se ugovor za javnu nabavku ponudi ponuđaču "Medical" d.o.o. Mostar.

Član 2.

Prijedlog ugovora za nabavku jednog Ultrazvučnog aparata sa malom sondom pod nazivom Versana, model Balance, zemlja porijekla Ge Healthcare Kina po cijeni od **48.000,00 KM** bez uračunatog PDV-a (56.160,00 KM sa uračunatim PDV-om), koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, će se dostaviti izabranom ponuđaču "Medical" d.o.o. Mostar. Ponuđač je obavezan dostaviti dokumente zahtijevane tenderskom dokumentacijom iz člana 45. Zakona u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

Član 3.

Ova Odluka će biti objavljena na web-stranici ugovornog organa www.ukctuzla.ba, istovremeno, sa upućivanjem ponuđačima koji je učestvovali u postupku javne nabavke, a sve u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke jednog ultrazvučnog aparata sa malom sondom za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju je pokrenut Odlukom direktora broj:02-237-1/21 od 18.02.2021. godine, putem otvorenog postupka javne nabavke.

Procjenjena vrijednost nabavke je iznosila 68.376,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Komisija za javnu nabavku je imenovana rješenjem direktora broj: 02-237-2/21 od 18.02.2021. godine.

Komisija za javne nabavke je analizirala i razmatrala kvalifikovanost prispjelih ponuda u predmetnom postupku javne nabavke. Nakon analize i ocjene kvalifikovanosti prispjelih ponuda, Komisija za javne nabavke je konstatovala da za nabavku UZV aparata sa malom sondom od 22 preuzete Tenderske dokumentacije, sa portala javne nabavke prispjele su dvije blagovremeno zaprimljene ponude, uredno kovertirane, zatvorene, neoštećene i to od ponuđača:1. Siemens Medicina Sarajevo i 2. Medical d.o.o. Mostar.

JS

Komisija za javne nabavke je, nakon provedene detaljne analize dostavljenih ponuda za nabavku "Ultrazvučnog aparata sa malom sondom" u pogledu tehničkih karakteristika i specifikacije aparata ponudene opreme i stručno tehničkog aspekta i zadovoljavanja minimalnih tehničkih karakteristika dostavljenih ponuda, utvrdila slijedeće: 1. Ponuđač Siemens Medicina Sarajevo dostavio ponudu za aparat naziva ACUSON Juniuper- ultrazvučni aparat sa jednom sondom" Uvidom u tehničke karakteristike ponudjenog aparata Siemens Medicina Sarajevo utvrđeno je da ponuda nije zadovoljila zahtjeve Ugovornog organa, odnosno pregledom kataloga, utvrđeno da se se tehničke karakteristike koje je naveo ponuđač ne slažu sa ponudom iz dostavljenog kataloga, te ponudeni aparat ne zadovoljava potrebe Ugovornog organa navedene u Aneksu 4 tenderske dokumentacije i to u pogledu stavki: pod rednim brojem 8. i rednim brojem 13. tenderske dokumentacije. " Stavka pod brojem 8 TD": Uvidom u ponudene tehničke karakteristike i specifikaciju aparata (katalog) utvrđeno je da ponudeni aparat raspolaze sa "zoom za uvećanje slike do 10x", a Ugovorni organ je u tehničkim karakteristikama TD zahtijevao "zoom s uvećanjem slike min. 20x, a ponuđač je ponudio " zoom i uvećanje slike do 10x". "Stavka pod brojem 13 TD" uvidom u ponudene tehničke karakteristike i specifikaciju aparata (katalog) utvrđeno je da ponudeni aparat raspolaze " obojeni doppler:PRF podesiv od 100 Hz do 25 kHz podesiv u min. do 10 koraka. Ugovorni organ je u tehničkim karakteristikama TD zahtijevao " obojeni doppler:PRF podesiv od 100 Hz do 25 kHz podesiv u min. 18 koraka. Na osnovu svega navedenog, a poštivajući odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH, ponuda ponuđača Siemens Medicina Sarajevo nije prihvatljiva za ugovorni organ te se odbacuje, a sve u skladu sa članom 68. Stav (4). točka i) Zakona o javnim nabavkama BiH (ponudeni aparat ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije).

Izabrani Ponuđač Medical d.o.o Mostar je dostavio ponudu za aparat Versana Balance Ge Healthcare Kina. Uvidom u tehničke karakteristike ponudjenog aparata, zahtjeve Ugovornog organa, odnosno pregledom kataloga, komisija za javne nabavke je utvrdila da tehničke karakteristike koje je naveo ponuđač slažu sa ponudom iz dostavljenog kataloga, odnosno da tehničke karakteristike kao i cijena zadovoljavaju postavljene zahtjeve Ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

Ugovorni organ je planirao provođenje e-aukcije. Međutim, kako u predmetnom postupku nisu ispunjeni uslovi za provođenje, ista se nije obavila.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi, eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, a izbor ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije deset (10) dana od dana prijema iste, na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Dostaviti:

1x Ponuđačima,

1x web stranica,

1x Evidencija.

K.S.



DIREKTOR

Prof.dr.med.sci Vahid Jusufović